

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

A entidade a seguir indicada está acreditada como **Laboratório de Calibração**, segundo a norma **NP EN ISO/IEC 17025:2018**

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

Endereço Rua do Portinho, 1431
Address 3750-320 Águeda

Contacto Manuel Monteiro
Contact

Telefone 234 612 770
Fax 234 601 905
E-mail metrologia@liq.pt
Internet www.liq.pt

Resumo do Âmbito Acreditado

Dimensional
Eletricidade
Massa
Momento
Pressão
Temperatura e humidade
Tempo e frequência

Accreditation Scope Summary

*Dimensional
Electricity
Mass
Torque
Pressure
Temperature and humidity
Time and frequency*

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Note: see in the next page(s) the detailed description of the accredited scope.

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em
<http://www.ipac.pt/docsig/?38YX-1HOV-4PN7-HV89>

The validity of this Technical Annex can be checked in the website on the left.

As calibrações podem ser realizadas segundo as seguintes categorias:

- 0 Calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório
- 1 Calibrações realizadas fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 Calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

Calibration may be performed according to the following categories:

- 0 Calibration performed at permanent laboratory premises
- 1 Calibration performed outside the permanent laboratory premises or at a mobile laboratory
- 2 Calibration performed at the permanent laboratory premises and outside

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
DIMENSIONAL					
<i>DIMENSIONAL</i>					
1.1	Apalpa Folga	até 2 mm	0,70 µm	LMD39 (Rev. b de 2017-12-21)	0
2.1	Cabeças Micrométricas	0 mm a 50 mm	$7,9 \times 10^{-4}$ mm	DIN 863-2:1999-04 LMD11 (Rev. b de 2008-12-17)	0
3.1	Calibre Anel Liso	$6 \text{ mm} \leq d \leq 100 \text{ mm}$ (d - diâmetro)	1,2 µm	LMD28 (Rev. b de 2009-10-29)	0
4.1	Calibre Anel Roscado	$4 \text{ mm} \leq d \leq 100 \text{ mm}$ (d - diâmetro efectivo)	1,2 µm	LMD30 (Rev. b de 2009-11-18)	0
5.1	Calibre de Maxilas Lisas	$2 \text{ mm} \leq d \leq 100 \text{ mm}$ (d - diâmetro)	1,2 µm	LMD32 (Rev. a de 2009-07-17)	0
6.1	Calibre Tampão Liso	d até 100 mm (d - diâmetro)	$0,7 \mu\text{m} + 3,3 \times 10^{-6} \times L$	LMD29 (Rev. b de 2009-10-29)	0
7.1	Calibre Tampão Roscado	d até 60 mm (d - diâmetro efectivo)	$0,7 \mu\text{m} + 3,3 \times 10^{-6} \times L$	LMD31 (Rev. b de 2009-11-18)	0
8.1	Calibres de Topo	> 200 mm a 400 mm	$1,5 \mu\text{m} + 4,6 \times 10^{-6} \times L$	LMD24 (Rev. c de 2010-08-31)	0
8.2	Calibres de Topo	> 400 mm a 500 mm	$3,3 \mu\text{m} + 3,9 \times 10^{-6} \times L$	LMD24 (Rev. c de 2010-08-31)	0
8.3	Calibres de Topo	25 mm a 200 mm	$2,0 \mu\text{m} + 2,2 \times 10^{-6} \times L$	LMD24 (Rev. c de 2010-08-31)	0
9.1	Comparador de Alavanca	0 mm a 1,6 mm	1,5 µm	LMD13 (Rev. d de 2019-09-02) NF E-11-053:2013	0
10.1	Comparador de Espessuras de Exteriores	0 mm a 50 mm	$0,76 \mu\text{m} + 1,4 \times 10^{-6} \times L$	LMD16 (Rev. c de 2016-01-29)	0
11.1	Comparador de Espessuras de Interiores	>50 mm a 100 mm	$0,65 \mu\text{m} + 3,6 \times 10^{-6} \times L$	LMD15 (Rev. b de 2008-12-17)	0
11.2	Comparador de Espessuras de Interiores	0 mm a 50 mm	$0,76 \mu\text{m} + 1,4 \times 10^{-6} \times L$	LMD15 (Rev. b de 2008-12-17)	0
12.1	Comparador de Haste Telescópica analógico	0 a 25 mm	1,5 µm	LMD12 (Rev. c de 2019-09-02) NF E-11-057:2016	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
12.2	Comparador de Haste Telescópica analógico	0 a 3 mm	1,5 µm	LMD12 (Rev. c de 2019-09-02) DIN 879-1:1999-06	0
13.1	Comparador de Haste Telescópica digital	0 mm a 25 mm	1,5 µm	LMD12 (Rev. c de 2019-09-02) NF E-11-056:2016	0
14.1	Esquadros	$L \leq 600$ mm	$1 \times 10^{-5} \times L + 9$ µm	LMD35 (Rev. a de 2011-06-22)	0
15.1	Graminho	0 mm a 1000 mm	$4,0 \mu\text{m} + 7,0 \times 10^{-6} \times L$	LMD14 (Rev. c de 2019-09-02) ISO 13225-1:2012	0
16.1	Medidor de Profundidades com Comparador	0 mm até 25 mm	$0,77 \mu\text{m} + 7,1 \times 10^{-7} \times L$	LMD17 (Rev. b de 2008-12-17)	0
17.1	Micrómetro de Exteriores	> 25 mm a 75 mm	$0,85 \mu\text{m} + 7,5 \times 10^{-3} \times L$	IMD18 (Rev. c de 2018-07-20)	0
17.2	Micrómetro de Exteriores	> 25 mm a 75 mm	$0,85 \mu\text{m} + 7,5 \times 10^{-3} \times L$	IMD18 (Rev. c de 2018-07-20) ISSO 3611:2010	0
17.3	Micrómetro de Exteriores	> 75 mm a 500 mm	$1,0 \mu\text{m} + 7,5 \times 10^{-3} \times L$	IMD18 (Rev. c de 2018-07-20)	0
17.4	Micrómetro de Exteriores	> 75 mm a 500 mm	$1,0 \mu\text{m} + 7,5 \times 10^{-3} \times L$	IMD18 (Rev. c de 2018-07-20) ISO 3611:2010	0
17.5	Micrómetro de Exteriores	0 mm a 25 mm	$0,85 \mu\text{m} + 4,5 \times 10^{-3} \times L$	IMD18 (Rev. c de 2018-07-20)	0
17.6	Micrómetro de Exteriores	0 mm a 25 mm	$0,85 \mu\text{m} + 4,5 \times 10^{-3} \times L$	IMD18 (Rev. c de 2018-07-20) ISO 3611:2010	0
18.1	Micrómetro de Interiores de 2 Pontos	0 mm a 63 mm	2,9 µm	LMD20 (Rev. b de 2008-12-17)	0
18.2	Micrómetro de Interiores de 2 Pontos	63 mm a 500 mm	$4,8 \mu\text{m} + 2,3 \times 10^{-6} \times L$	LMD20 (Rev. b de 2008-12-17)	0
19.1	Micrómetro de Interiores de 3 Pontos	3,5 mm a 100 mm	$1,6 \mu\text{m} + 1,4 \times 10^{-6} \times L$	LMD19 (Rev. b de 2008-12-17)	0
20.1	Micrómetro de Profundidades	> 25 mm a 300 mm	$3,2 \mu\text{m} + 2,1 \times 10^{-6} \times L$	DIN 863-2:1999-04 LMD21 (Rev. b de 2008-12-17)	0
20.2	Micrómetro de Profundidades	0 a 25 mm	1,6 µm	DIN 863-2:1999-04 LMD21 (Rev. b de 2008-12-17)	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
21.1	Padrão de Espessuras	0 mm a 25 mm	2 µm	LMD25 (Rev. b de 2008-12-17)	0
22.1	Paquímetro de Profundidades	>200 a 700 mm	11 + 4,0× 10 ⁻⁶ × L	LMD22 (Rev. c de 2018-07-20) ISO 13385-2:2011	0
22.2	Paquímetro de Profundidades	0 mm a 200 mm	11 µm	LMD22 (Rev. c de 2018-07-20) ISO 13385-2:2011	0
23.1	Paquímetro universal	>200 a 1000 mm	10 + 4,5× 10 ⁻⁶ × L	LMD22 (Rev. c de 2018-07-20) (b) ISO 13385-1:2011	0
23.2	Paquímetro universal	0 mm a 200 mm	10 µm	LMD22 (Rev. c de 2018-07-20) (b) ISO 13385-1:2011	0
24.1	Plano de medição	100 nm a 600 µm	1,5 µm	LMD05 (Rev.c de 2018-02-08)	2
25.1	Sutas	360°	9'	LMD26 (Rev. c de 2011-09-01)	0
25.2	Sutas	360° 44° 50' (b)	0'47''	LMD26 (Rev. c de 2011-09-01)	0
25.3	Sutas	360° 0° 00' (b)	0'47''	LMD26 (Rev. c de 2011-09-01)	0
25.4	Sutas	360° 14° 55' (b)	0'47''	LMD26 (Rev. c de 2011-09-01)	0
25.5	Sutas	360° 30° 00' (b)	0'47''	LMD26 (Rev. c de 2011-09-01)	0
25.6	Sutas	360° 90° 00' (b)	0'47''	LMD26 (Rev. c de 2011-09-01)	0
ELETRICIDADE					
<i>ELECTRICITY</i>					
26.1	Corrente Alternada - Geração	(40 Hz a 5 kHz) 100 µA a <200 µA	28 nA + 43 × 10 ⁻⁵ × I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
26.2	Corrente Alternada - Geração	(40 Hz a 5 kHz) 2 A a <20 A	2,8 mA + 11 × 10 ⁻⁴ × I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
26.3	Corrente Alternada - Geração	(40 Hz a 5 kHz) 2 mA a <20 mA	2,8 µA + 43 × 10 ⁻⁵ × I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02))	0
26.4	Corrente Alternada - Geração	(40 Hz a 5 kHz) 20 mA a <200 mA	28 µA + 43 × 10 ⁻⁵ × I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
26.5	Corrente Alternada - Geração	(40 Hz a 5 kHz) 200 mA a <2 A	0,28 mA + 43 x 10 ⁻⁴ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
26.6	Corrente Alternada - Geração	(40 Hz a 5 kHz) 200 µA a <2 mA	0,28 µA + 43 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
26.7	Corrente Alternada - Geração	(47 Hz a 53 Hz) >11 A a 20 A	25 x 10 ⁻⁴ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	1
27.1	Corrente Alternada - Medição	(>1 kHz a ≤5 kHz) 100 µA a < 220µA	56 nA + 84 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.2	Corrente Alternada - Medição	(>1 kHz a ≤5 kHz) 220 µA a <2,2mA	0,57 µA + 82 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.3	Corrente Alternada - Medição	(>1 kHz a 5 kHz) 2,2A a 11A	0,50 mA + 11 x 10 ⁻⁴ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.4	Corrente Alternada - Medição	(>1 kHz a 5 kHz) 2,2mA a <22mA	5,7 µA + 82 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.5	Corrente Alternada - Medição	(>1 kHz a 5 kHz) 220mA a <2,2A	0,12 mA + 10 x 10 ⁻⁴ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.6	Corrente Alternada - Medição	(>1 kHz a 5 kHz) 22mA a <220mA	0,57 µA + 82 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.7	Corrente Alternada - Medição	(40 Hz a ≤1 kHz) 2,2mA a <22mA	0,26 µA + 28 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.8	Corrente Alternada - Medição	(40 Hz a ≤1 kHz) 220 µA a <2,2mA	33 nA + 25 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.9	Corrente Alternada - Medição	(40 Hz a 1 kHz) 2,2A a 11A	0,33 mA + 52 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.10	Corrente Alternada - Medição	(40 Hz a 1 kHz) 220mA a <2,2A	45 µA + 89 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.11	Corrente Alternada - Medição	(45 Hz a 65 Hz) 11 A a 550 A	0,35 x 10 ⁻² x I + 0,13 A	LME10 (Rev. f de 2016-09-02) (c)	0
27.12	Corrente Alternada - Medição	(47 Hz a 53 Hz) >11 A a 20 A	25 x 10 ⁻⁴ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	2
27.13	Corrente Alternada - Medição	40 Hz a 1 kHz) 100 µA a <220 µA	14 nA + 28 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
27.14	Corrente Alternada - Medição	40 Hz a 1 kHz) 22mA a <220mA	3,5 µA + 27 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
28.1	Corrente Alternada - Medição - Geração	(47 Hz a 53 Hz) >2 A a 5 A	4,4 mA + 35 x 10 ⁻⁵ x I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	1

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
28.2	Corrente Alternada - Medição - Geração	(47 Hz a 53 Hz) >20 A a 30 A	$25 \times 10^{-4} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	2
28.3	Corrente Alternada - Medição - Geração	(47 Hz a 53 Hz) >5 A a 11 A	$8,7 \text{ mA} + 35 \times 10^{-5} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	1
28.4	Corrente Alternada - Medição - Geração	(47 Hz a 53 Hz) 0,1 mA a <100 mA	$13 \times 10^{-3} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	1
28.5	Corrente Alternada - Medição - Geração	(47 Hz a 53 Hz) 100 mA a 1 A	$0,87 \text{ mA} + 35 \times 10^{-5} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	1
28.6	Corrente Alternada - Medição - Geração	47 Hz a 53 Hz) >1 A a 2 A	$1,8 \text{ mA} + 35 \times 10^{-5} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	1
29.1	Corrente Contínua - Geração	2 A a 10 A	$0,47 \text{ mA} + (58 \times 10^{-5} \times I)$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
29.2	Corrente Contínua - Geração	200 mA a < 2 A	$19 \mu\text{A} + 26 \times 10^{-5} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
30.1	Corrente Contínua - Medição	1 A a < 2,2 A	$(22 \times 10^{-5} \times I) - 75 \mu\text{A}$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
30.2	Corrente Contínua - Medição	11 A a 550 A	$0,35 \times 10^{-2} \times I + 0,13 \text{ A}$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02) (c)	0
30.3	Corrente Contínua - Medição	2,2 A a < 11 A	$0,56 \text{ mA} + (42 \times 10^{-5} \times I)$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
30.4	Corrente Contínua - Medição	200 mA a < 220 mA	$1,2 \mu\text{A} + 92 \times 10^{-6} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
30.5	Corrente Contínua - Medição	220 mA a < 1 A	$35 \mu\text{A} + (11 \times 10^{-5} \times I)$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
31.1	Corrente Contínua - Medição - Geração	1 mA a < 400 mA	$26 \mu\text{A} + (20 \times 10^{-4} \times I)$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	1
31.2	Corrente Contínua - Medição - Geração	1 μA a < 200 μA	$0,49 \text{ nA} + 19 \times 10^{-6} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
31.3	Corrente Contínua - Medição - Geração	2 mA a < 20 mA	$49 \text{ nA} + 21 \times 10^{-6} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
31.4	Corrente Contínua - Medição - Geração	20 mA a < 200 mA	$0,95 \mu\text{A} + 70 \times 10^{-6} \times I$	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N°	Instrumento de Medição / Padrão	Gama de Medição	Melhor Incerteza	Método de Calibração	Categoria
Nr	Measuring instrument / Standard	Measurement Range	Calibration And Measurement Capability	Calibration Method	Category
31.5	Corrente Contínua - Medição - Geração	200 µA a < 2 mA	4,9 nA + 19 × 10 ⁻⁶ × I	LME10 (Rev. f de 2016-09-02)	0
32.1	Fase (Ângulo Eléctrico) - Fasímetros - Geradores de Fase	(45 Hz a 60 Hz) (10 V a 600 V) (0,44 A a 11 A) -180 ° a 180 °	0,5 °	LME02 (Rev. c de 2016-09-02)	0
33.1	Módulo da Impedância - Ohmímetros	(50 Hz) 50 mΩ a 550 mΩ	20 × 10 ⁻³ × Z	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	2
34.1	Módulo da Impedância - Resistências	(50 Hz) 10 mΩ a 10 Ω	7,8 µΩ+32x10-5x R	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	0
35.1	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 1 A a < 2,2 A	((0,17 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02)	0
35.2	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 100 mA a < 330 mA	((0,17 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02)	0
35.3	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 11 A a < 50 A	((1,3 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02) (c)	0
35.4	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 110 A a 550 A	((0,60 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02) (c)	0
35.5	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 2,2 A a < 5 A	((0,20 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02)	0
35.6	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 33 mA a < 100 mA	((0,25 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02)	0
35.7	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 330 mA a < 1 A	((0,25 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02)	0
35.8	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 5 A a ≤ 11 A	((0,15 ² + (0,30 × tg(φ)) ²) ^{1/2}) × 10 ⁻² × P	LME02 (Rev. c de 2016-09-02)	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
35.9	Potência Ativa Monofásica - Medição	(45 Hz a 65 Hz) (0,33 V a 600 V) (cosφ = 0,3 a 1) 50 A a < 110 A	$((0,70^2 + (0,30 \times \text{tg}(\varphi))^2)^{1/2}) \times 10^{-2} \times P$	LME02 (Rev. c de 2016-09-02) (c)	0
35.10	Potência Ativa Monofásica - Medição	(50Hz) (210 V a 250 V) (cosφ = 0,3 a 1) 11 A a 16 A	$5,2 + (5,8 \times 10^{-4} + 12 \times 10^{-4} \times \text{tg}(\varphi)) \times P$	LME02 (Rev. c de 2016-09-02) (c)	0
36.1	Resistência - Ohmímetros	910 kΩ a 10 MΩ	$20 \times 10^{-4} \times R$	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	2
37.1	Resistência - Resistências - Ohmímetros	1 mΩ a < 2 Ω	$10 \mu\Omega + 30 \times 10^{-6} \times R$	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	0
37.2	Resistência - Resistências - Ohmímetros	2 MΩ a 20 MΩ	$100 \times 10^{-6} \times R$	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	0
37.3	Resistência - Resistências - Ohmímetros	2 Ω a < 20 Ω	$26 \times 10^{-6} \times R$	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	0
37.4	Resistência - Resistências - Ohmímetros	20 MΩ a < 200 MΩ	$0,09 \times 10^{-2} \times R$	LME05 (Rev. e de 2018-07-19)	0
37.5	Resistência - Resistências - Ohmímetros	20 Ω a < 200 kΩ	$15 \times 10^{-6} \times R$	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	0
37.6	Resistência - Resistências - Ohmímetros	200 kΩ a < 2 MΩ	$20 \times 10^{-6} \times R$	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	0
37.7	Resistência - Resistências - Ohmímetros	200 MΩ a 1 GΩ	$0,95 \times 10^{-2} \times R$	LME05 (Rev. d de 2014-09-19)	0
38.1	Tensão Alternada - Geração	(>10 kHz a 30 kHz) 10 mV a <200 mV	$12 \mu\text{V} + 46 \times 10^{-5} \times V$	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.2	Tensão Alternada - Geração	(>10 kHz a 30 kHz) 2 V a <20 V	$0,58 \text{ mV} + 30 \times 10^{-5} \times V$	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.3	Tensão Alternada - Geração	(>10 kHz a 30 kHz) 20 V a <200 V	$5,8 \text{ mV} + 30 \times 10^{-5} \times V$	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.4	Tensão Alternada - Geração	(>10 kHz a 30 kHz) 200 mV a <2 V	$58 \mu\text{V} + 30 \times 10^{-5} \times V$	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.5	Tensão Alternada - Geração	(>30 kHz a 100 kHz) 10 mV a <200 mV	$28 \mu\text{V} + 99 \times 10^{-5} \times V$	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.6	Tensão Alternada - Geração	(>30 kHz a 100 kHz) 2 V a <20 V	$2,8 \text{ mV} + 75 \times 10^{-5} \times V$	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
38.7	Tensão Alternada - Geração	(>30 kHz a 100 kHz) 20 V a <200 V	0,28 mV + 75 x 10 ⁻⁵ x V	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.8	Tensão Alternada - Geração	(>30 kHz a 100 kHz) 200 mV a <2 V	0,28 mV + 75 x 10 ⁻⁵ x V	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.9	Tensão Alternada - Geração	(>40 Hz a 10 kHz) 10 mV a <200 mV	5,8 µV + 19 x 10 ⁻⁵ x V	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.10	Tensão Alternada - Geração	(>40 Hz a 10 kHz) 2 V a <20 V	0,28 mV + 16 x 10 ⁻⁵ x V	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.11	Tensão Alternada - Geração	(>40 Hz a 10 kHz) 20 V a <200 V	2,8 mV + 16 x 10 ⁻⁵ x V	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.12	Tensão Alternada - Geração	(>40 Hz a 10 kHz) 200 mV a <2 V	28 µV + 16 x 10 ⁻⁵ x V	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
38.13	Tensão Alternada - Geração	(>40 Hz a 100 kHz) 200 V a 1 kV	-28 mV + 45 x 10 ⁻⁵ x V	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
39.1	Tensão Alternada - Geração - Medição	(50 Hz) 1 kV a <5 kV	26 x 10 ⁻³ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	2
39.2	Tensão Alternada - Geração - Medição	(50 Hz) 1 V a <5 V	4,6 mV + 46 x 10 ⁻⁴ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	1
39.3	Tensão Alternada - Geração - Medição	(50 Hz) 5 kV a 28 kV	12 + 26 x 10 ⁻³ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	2
39.4	Tensão Alternada - Geração - Medição	(50 Hz) 5 V a <50 V	4,6 mV + 46 x 10 ⁻⁴ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	1
39.5	Tensão Alternada - Geração - Medição	(50 Hz) 50 V a <500 V	0,46 V + 46 x 10 ⁻⁴ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	1
40.1	Tensão Alternada - Medição	(>20 kHz a 50 kHz) 10 mV a < 22mV	7 µV + 48 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.2	Tensão Alternada - Medição	(>20 kHz a 50 kHz) 2,2 V a < 22 V	0,24 mV + 16 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.3	Tensão Alternada - Medição	(>20 kHz a 50 kHz) 22 mV a < 220mV	12 µV + 45 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.4	Tensão Alternada - Medição	(>20 kHz a 50 kHz) 22 V a < 220 V	4,6 mV + 29 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.5	Tensão Alternada - Medição	(>20 kHz a 50 kHz) 220 mV a < 2,2 V	24 µV + 16 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.6	Tensão Alternada - Medição	(>50 kHz a 100kHz) 22 mV a < 220mV	35 µV + 10 x 10 ⁻⁴ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
40.7	Tensão Alternada - Medição	(>50 kHz a 100kHz) 10 mV a < 22mV	9,3 μ V + 11 x 10 ⁻⁴ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.8	Tensão Alternada - Medição	(>50 kHz a 100kHz) 2,2 V a < 22 V	0,47 mV + 32 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.9	Tensão Alternada - Medição	(>50 kHz a 100kHz) 22 V a < 220 V	12 mV + 70 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.10	Tensão Alternada - Medição	(>50 kHz a 100kHz) 220 mV a < 2,2 V	93 μ V + 32 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.11	Tensão Alternada - Medição	(40 Hz a 20 kHz) 10 mV a < 22mV	7 μ V + 14 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.12	Tensão Alternada - Medição	(40 Hz a 20 kHz) 2,2 V a < 22 V	82 μ V + 99 x 10 ⁻⁶ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.13	Tensão Alternada - Medição	(40 Hz a 20 kHz) 22 V a < 220 V	1,1 mV + 11 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.14	Tensão Alternada - Medição	(40 Hz a 20 kHz) 220 mV a < 2,2 V	8,2 μ V + 99 x 10 ⁻⁶ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.15	Tensão Alternada - Medição	(50 Hz a 1kHz) 220 V a 1 kV	3,9 mV + 11 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
40.16	Tensão Alternada - Medição	40 Hz a 20 kHz) 22 mV a < 220mV	12 μ V + 13 x 10 ⁻⁵ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
41.1	Tensão Contínua - Geração - Medição	0,4 kV a <1 kV	26 x 10 ⁻³ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	1
41.2	Tensão Contínua - Geração - Medição	1 kV a 16 kV	26 x 10 ⁻³ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	2
41.3	Tensão Contínua - Geração - Medição	10 μ V a < 22 V	1 μ V + 11 x 10 ⁻⁶ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
41.4	Tensão Contínua - Geração - Medição	22 V a < 220 V	0,1 mV + 11 x 10 ⁻⁶ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
41.5	Tensão Contínua - Geração - Medição	220 V a \leq 1000 V	1 mV + 13 x 10 ⁻⁶ x U	LME08 (Rev. f de 2016-09-02)	0
MASSA					
MASS					
42.1	Instrumentos de Pesagem	>1 g a 10 g	(0,042 + 0,003 x m(g)) mg	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.2	Instrumentos de Pesagem	>10 g a 100 g	(0,07 + 0,0012 x m(g)) mg	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
42.3	Instrumentos de Pesagem	>10 mg a 100 mg	(0,0093 + 0,088 x m(g)) mg	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.4	Instrumentos de Pesagem	>100 g a 2 kg	0,00019%	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.5	Instrumentos de Pesagem	>100 mg a 1 g	(0,02 + 0,015 x m(g)) mg	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.6	Instrumentos de Pesagem	>2 kg a 50 kg	0,00048%	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.7	Instrumentos de Pesagem	>240 a 500 kg	0,0042%	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.8	Instrumentos de Pesagem	>50 kg a 80 kg	0,045 x m(kg) - 1,6) g	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.9	Instrumentos de Pesagem	>80 kg a 240 kg	0,004%	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2
42.10	Instrumentos de Pesagem	1 mg a 10 mg	0,0065 + 0,26 x m(g)) mg	LMM01 (Rev. g de 2017-05-18)	2

MOMENTO

TORQUE

43.1	Chaves Dinamométricas Tipo I e II	0,035 Nm a 1356 Nm	0,0080xM	LMB03 (Rev. a de 2017-12-20) ISO 6789-2:2017	0
43.2	Chaves Dinamométricas Tipo I e II	0,035 Nm a 1356 Nm	0,0080xM	LMB01 (Rev. c de 2015-03-12)	0
44.1	Transdutores de momento	0,035 Nm a 0,5 Nm	0,0020xM	LMB02 (Rev. a de 2017-12-20)	0
44.2	Transdutores de momento	0,5 Nm a 1365 Nm	0,0010xM	LMB02 (Rev. a de 2017-12-20)	0

PRESSÃO

PRESSURE

45.1	Pressão Absoluta Manómetros mecânicos e eletromecânicos	>0,08 MPa a 0,12 Mpa	190 Pa	LMP01 (Rev. g de 2019-09-02)	2
45.2	Pressão Absoluta Manómetros mecânicos e eletromecânicos	>0,12 MPa a 2,1 Mpa	93 Pa + 0,079 × 10 ⁻² × P	LMP01 (Rev. g de 2019-09-02)	2
45.3	Pressão Absoluta Manómetros mecânicos e eletromecânicos	0,005 MPa a 0,08 Mpa	210 Pa - 0,041 × 10 ⁻² × P	LMP01 (Rev. g de 2019-09-02)	2

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
46.1	Pressão Relativa Manómetros mecânicos e eletromecânicos	- 0,095 MPa a 0,1 Mpa	110 Pa	LMP01 (Rev. g de 2019-09-02)	2
46.2	Pressão Relativa Manómetros mecânicos e eletromecânicos	>0,1 MPa a 2 Mpa	$0,09 \times 10^{-2} \times P$	LMP01 (Rev. g de 2019-09-02)	2
46.3	Pressão Relativa Manómetros mecânicos e eletromecânicos	>2 MPa a 70 Mpa	$0,18 \times 10^{-2} \times P$	LMP01 (Rev. g de 2019-09-02)	2
TEMPERATURA E HUMIDADE					
<i>TEMPERATURE AND HUMIDITY</i>					
47.1	Higrómetros	5 % a 98 % Hr	1,6 %Hr	LMT03 (Rev. b de 2008-12-17)	0
48.1	Indicadores de Temperatura para Sensores de Resistência PT 100	PT 100 (-40 °C a 630 °C)	$0,045 + 1,3 \times 10^{-4} \times T$ (°C)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	0
49.1	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - PT100, tensão, corrente, resistência)	> 1100 °C a 1300 °C	3,1 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
49.2	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - PT100, tensão, corrente, resistência)	> 250 °C a 300 °C	0,27 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
49.3	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - PT100, tensão, corrente, resistência)	> 300 °C a 400 °C	0,49 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
49.4	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - PT100, tensão, corrente, resistência)	> 400 °C a 600 °C	1,4 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
49.5	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - PT100, tensão, corrente, resistência)	> 600 °C a 1100 °C	2,6 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
49.6	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - PT100, tensão, corrente, resistência)	-30 °C a 250 °C	0,23 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
50.1	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - termopares tipo B, C, E, J, K, N, R, S, T)	-30 °C a 250 °C	0,23 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
50.2	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - termopares tipo B, C, E, J, K, N, R, S, T)	> 1100 a 1300 °C	3,1 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
50.3	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - termopares tipo B, C, E, J, K, N, R, S, T)	> 250 a 300 °C	0,27 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
50.4	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - termopares tipo B, C, E, J, K, N, R, S, T)	> 300 a 400 °C	0,49 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
50.5	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - termopares tipo B, C, E, J, K, N, R, S, T)	> 400 a 600 °C	1,4 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2
50.6	Sensor de Temperatura (com leitura em sinal Elétrico - termopares tipo B, C, E, J, K, N, R, S, T)	> 600 a 1100 °C	2,6 °C	LMT05 (Rev. f de 2016-09-02)	2

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
51.1	Sensores de Humidade	5 % a 98 % Hr	1,6 %Hr	LMT03 (Rev. b de 2008-12-17)	0
52.1	Sensores de Temperatura (com Leitura em Sinal Elétrico)	>100 °C a ≤140 °C	1 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
52.2	Sensores de Temperatura (com Leitura em Sinal Elétrico)	>140 °C a ≤180 °C	2,1 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
52.3	Sensores de Temperatura (com Leitura em Sinal Elétrico)	>40 °C a ≤100 °C	0,38 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
52.4	Sensores de Temperatura (com Leitura em Sinal Elétrico)	≥1 °C a ≤40 °C	0,20 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
52.5	Sensores de Temperatura (com Leitura em Sinal Elétrico)	≥-10 °C a <1 °C	0,33 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
52.6	Sensores de Temperatura (com Leitura em Sinal Elétrico)	-40 °C a <-10 °C	0,66 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
53.1	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	- 30 °C a 250 °C	0,13 °C	LMT02 (Rev. i de 2019-09-02) (d)	2
53.2	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	> 1100 °C a 1300 °C	3,1 °C	LMT02 (Rev. i de 2019-09-02) (d)	2
53.3	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	> 250 °C a 300 °C	0,20 °C	LMT02 (Rev. i de 2019-09-02) (d)	2
53.4	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	> 300 °C a 400 °C	0,45 °C	LMT02 (Rev. i de 2019-09-02) (d)	2
53.5	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	> 400 °C a 600 °C	1,4 °C	LMT02 (Rev. i de 2019-09-02) (d)	2
53.6	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	> 600 °C a 1100 °C	2,6 °C	LMT02 (Rev. i de 2019-09-02) (d)	2

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
54.1	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	>100 °C a ≤140 °C	1 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
54.2	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	>140 °C a ≤180 °C	2,1 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
54.3	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	>40 °C a ≤100 °C	0,38 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
54.4	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	≥1 °C a ≤40 °C	0,20 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
54.5	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	≥-10 °C a <1 °C	0,33 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
54.6	Sensores de temperatura com dispositivo indicador	-40 °C a <-10 °C	0,66 °C	LMT08 (Rev. e de 2016-09-02 (e))	0
55.1	Simuladores de Temperatura para Sensores de Resistência PT 100	PT 100 (-40 °C a 630 °C)	$0,008 + 2 \times 10^{-5} \times T$ (°C)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.1	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo B (600 °C a 1820 °C)	0,60 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.2	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo C (0 °C a 1750 °C)	2,0 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.3	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo E (- 50 °C a 1000 °C)	0,19 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.4	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo J (- 50 °C a 1200 °C)	0,21 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N° Nr	Instrumento de Medição / Padrão <i>Measuring instrument / Standard</i>	Gama de Medição <i>Measurement Range</i>	Melhor Incerteza <i>Calibration And Measurement Capability</i>	Método de Calibração <i>Calibration Method</i>	Categoria <i>Category</i>
56.5	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo K (- 50 °C a 1200 °C)	0,31 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.6	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo N (- 50 °C a 1300 °C)	0,36 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.7	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo R (400 °C a 1767 °C)	0,45 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.8	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo S (400 °C a 1767 °C)	0,52 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
56.9	Simuladores e Indicadores de Temperatura (Termopares com e sem Junção Fria de Referência)	Tipo T (- 50 °C a 400 °C)	0,33 °C (a)	LMT07 (Rev. b de 2008-12-17)	2
57.1	Termómetros de Vidro de Dilatação de Líquido	- 25 °C a 200 °C	0,13 °C	LMT02 (Rev. i de 2019-09-02)	0

TEMPO E FREQUÊNCIA

TIME AND FREQUENCY

58.1	Frequência - Frequencímetros	10 Hz a 1 MHz	$13 \times 10^{-6} \times f$	LME07 (Rev. e de 2018-07-19)	0
59.1	Frequência - Osciladores - Geradores de Sinal	10 Hz a 1 MHz	$13 \times 10^{-6} \times f$	LME07 (Rev. e de 2018-07-19)	0
60.1	Tempo - Cronómetros	1 s a 86400 s	$0,02 \text{ s} + 12 \times 10^{-6} \times t$	LME07 (Rev. e de 2018-07-19)	0
61.1	Tempo - Intervalos de Tempo - Temporizadores	5 s a 3600 s	$12 \times 10^{-6} \times t$	LME07 (Rev. e de 2018-07-19)	0

Anexo Técnico de Acreditação N° M0013-1

Accreditation Annex nr.

LIQ - Laboratório Industrial da Qualidade (Associação Técnico Científica) Laboratório de Metrologia

N°	Instrumento de Medição / Padrão	Gama de Medição	Melhor Incerteza	Método de Calibração	Categoria
<i>Nr</i>	<i>Measuring instrument / Standard</i>	<i>Measurement Range</i>	<i>Calibration And Measurement Capability</i>	<i>Calibration Method</i>	<i>Category</i>
61.2	Tempo - Intervalos de Tempo - Temporizadores	8 ms a 5 s	7×10^{-5} s	LME07 (Rev. e de 2018-07-19)	0
FIM END					

Notas:

Notes:

- "LMX.xx" indica Procedimento Interno do Laboratório;
- Onde são indicadas resoluções, a melhor incerteza apresentada é válida apenas para a menor resolução indicada, podendo vir a ser degradada para resoluções maiores;
- (a) Para calibrações sem junção fria de referência são possíveis melhores incertezas do que as apresentadas, considerando as respectivas capacidades da área elétrica em tensão contínua.
- (c) Por indução com recurso a bobine
- (d) em banho / bloco seco termo-estabilizado
- (e) em ambiente atmosférico

Paulo Tavares
Vice-Presidente